

**RI ドーズキャリブレータ CRC-55tR/55tW 型**

**CAL 番号変更手順書**

---

## キャリブレーション番号の変更方法

対象機器：CRC-55tR／55tW 型

すでに登録されているキャリブレーション番号を、新しい番号に変更する手順は以下の通りです。

(※Ga-68 は使用する線源の容器形状に合わせて表 1.(本手順書の最後に記載)の新 CAL 番号を選択し、登録してください。)

旧 Cal 番号の F-18 を残したい場合は、3 ページ目の核種追加設定方法をご確認ください。

### 【変更手順】

1. **HOME** ボタンを押下し、メイン画面（測定画面）を表示する。
2. **Setup** ボタンを押下する。
3. **Advanced Chamber** ボタンを押下する。
4. パスワードの入力を求められるので、パスワード (S/N (機器後部に刻印された製造番号) の下 3 桁) を入力する。
5. **Accept** ボタンを押下する。
6. **Setup CalNum** ボタンを押下する。
7. Setup CalNum 画面が表示される。
8. *Nuclide:* フィールドを選択する。
9. Please Select Nuclide 画面が表示される。
10. CAL 番号を変更したい核種を左のボタンもしくは右のリストから選択する。
11. **Accept** ボタンを押下する。
12. Setup CalNum 画面が表示される。
13. *User R Cal#:* フィールドを選択する。

- 
14. Please Enter R Cal #: 画面が表示される。
  15. 表 1. (本手順書の最後に記載) の「新 CAL 番号 R」の値を入力する。
  16. **Accept** ボタンを押下する。
  17. Setup CalNum 画面が表示される。
  18. **Home** ボタンを押下する。
  19. メイン画面 (測定画面) が表示される。
  20. 手順 1.~19.までで CAL 番号を変更した核種を測定する。
  21. 画面右下の Cal #: の表示が「新 CAL 番号」になったことを確認する。
  22. CAL 番号の設定変更は以上で終了です。引き続きすべての核種について手順 1.~21.を繰り返してください。

---

## 核種追加設定方法

### 【登録手順】

**注意** ユーザーが追加できるのは 10 核種までです。すでに 10 核種登録されている場合は、あらかじめ登録した核種を消去した後に追加してください。

1. **HOME** ボタンを押下し、メイン画面（測定画面）を表示する。
2. **Setup** ボタンを押下する。
3. **Advanced Chamber** ボタンを押下する。
4. パスワードの入力を求められるので、パスワード (S/N (機器後部に刻印された製造番号) の下 3 桁) を入力する。
5. **Accept** ボタンを押下する。
6. **Setup Nuclide** ボタンを押下する。
7. Setup Nuclide 画面が表示される。
8. Nuclide、Element、Half-life、Cal#(R)の各フィールドに表 2.に記載の核種に応じた全ての値を入力する。
9. **Accept** ボタンを押下する。
10. 登録した核種を核種ボタンへ割り当てる場合は手順 11.へ進む。登録のみで終える場合は手順 17.へ進む。
11. Advanced Chamber Setup 画面から **Setup PET Chamber Hotkeys** ボタンを押下する。
12. Setup PET Chamber Hotkeys 画面が表示される。

- 
13. 核種を割り当てる場所を押下する。(左のリストでは Home 画面に、右のリストでは Nuclide 画面にそれぞれ反映する。)
  14. 画面右側の核種リストから目的の核種を選択し、**Accept** ボタンを押下する。
  15. Setup PET Chamber Hotkeys 画面が表示される。
  16. **Accept** ボタンを押下する。
  17. 核種の登録及び核種ボタンへの登録は以上で終了です。

表 1.

核種名	旧 CAL 番号	新 CAL 番号 R
F-18	472	450
Ga-68	416	442
Ga-68*	同上	447
Ba-133	591	626
Cs-137	220	227

\* 容器形状がシリンジの場合の Ga-68（その他の核種の容器形状はアンプル）

表 2.

核種名(Nuclide)	Element	HALF LIFE	CAL 番号 R
Fc-18	Fluorine	109.71 min	472